




Mastmontage

Schalendurchmesser $\varnothing 160$



205



Mast $\varnothing 48\text{mm}$

Leitung $4 \times 0,5 \text{ mm}^2$, 3m lang

M 1:2

- 1 = Reedkontakt
- 2 =
- 3 = Heizung
- 4 =

Technische Daten:

Heizung 24V/50Hz 5VA
 Reedkontakt 1 Umdrehung = 4 Impulse
 4 Impulse pro sec. = 1 m/s



Windsensor mit Heizung und
 Reedkontakt
 48 \varnothing mm Mastmontage

LA	Lieferschein Nr.	Datum	Name	Elektriker: / Versandanschrift:
				.
				.
				.
				Produkt:.
				.
				.

Aufbauzeichnung

3681.46.0000

— Bearb.:

Zu	Änderung	Datum	Name	Erstellt
		06.04.2009		

n:04488 983692